

Az Országos Atomenergia Hivatal 2023. október 06-án az atomenergia alkalmazásának sugárvédelmi ellenőrzését végezte. Az ellenőrzés eredményeként megállapítást nyert, hogy a 21/2018. EMMI rendelet szerinti állapotvizsgálatokat el kell végezni. A sugárvédelmi megbízott sugárvédelmi képzésének érvényességét meg kell újítani. A meghibásodott Dexa gép átszállítását be kell jelenteni az ATDR-en keresztül. A hiányosságok megszüntetése megtörtént.